

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Oriximiná  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA  
Registro de Preços Eletrônico - 02/2021-SRP-FMS

## Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	"BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTAL- Especificação. Motor: Monofásico com capacitor de 1/5HP Proteção do motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal Rotações: 1.750 RPM Consumo: Baixo (aproximadamente 341w) Tensão de alimentação: Automática 127/220V Amperagem: 2.4A em 127V e 125A em 220V Compressor: A pistão oscilante Lubrificação: Isento Fluxo: 34 litros de ar por minuto (livre) vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (hg) Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de plástico Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco ACESSÓRIOS INCLUSOS - 01 Tampa de borracha com válvula de segurança acoplada - 01 Cânula autoclavável semi curva sem esfera - Mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento - 01 Filt
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.627,56
Valor Final:	3.600,00
Valor Total:	7.200,00
Adjudicado em:	31/08/2021 - 17:30:09
Adjudicado por:	KEYLA SOARES OLIVEIRA LOBATO
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)
Modelo:	MEDICATE
Item:	0002
Descrição:	CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM MODO DEA - Especificação : ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Dimensões: 30,0 cm (L). 21,5 cm (P). 28,0 cm (A). Peso: Aparelho - 5,15 kg. Pás Externas - 0,85 kg. Bateria - 0,60kg. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC Bateria recarregável removível: Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. Duração: Bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4:30 horas. Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-Ion): Autodiagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificaç
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	25.044,50
Valor Final:	27.000,00
Valor Total:	27.000,00
Adjudicado em:	31/08/2021 - 17:26:28
Adjudicado por:	KEYLA SOARES OLIVEIRA LOBATO
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)
Modelo:	LIFEMED
Item:	0003
Descrição:	FOCO CIRÚRGICO DE TETO- LED- Especificação : Foco de luz cirurgico de teto LED - Medpej- FL-2000 TLD24X24E, ou semelhante. Contendo: -Foco cirurgico FL-2000 TLD 24x24 E (48 leds principais e 80 leds verde auxiliares) - Tensao de 115-127/220-230 v 50/60 HZ; -Potencia 250 VA; -Fusivel 5x20 mm T3, 15 a 250 v (IEC 60127); -Alimentação full-range (toda a faixa) de 110 v a 230v +- 10% 50/60 hz; -Com iluminação maxima de 160.000 lux por cúpula (a distancia de 110 cm), totalizando 320.000 lux para esse modelo. - Vida útil minima esperada para as Leds de 35.000 horas e media de 50.000 horas. -Atende as normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2; -Possui selo do inmetro; - Diametro do foco ajustavel de 110 mm a 250 mm aproximadamente; - Equipamento deve ser fixado ao teto; - Braço giratorio em 05 direções de giro de 360° permitindo melhor posicionamento de trabalho; - Cada cupula com 500 mm de diametro; - Diametro do foco ajustavel de 110 mm a 250 mm aproximadamente. - Profundid
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	70.418,40
Valor Final:	40.049,99
Valor Total:	40.049,99
Adjudicado em:	31/08/2021 - 17:26:28
Adjudicado por:	KEYLA SOARES OLIVEIRA LOBATO
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)
Modelo:	INPROMED
Item:	0004
Descrição:	LAVADORA EXTRATORA COM BARREIRA SANITÁRIA DE 62 KG- Especificação : ESPECIFICAÇÕES Capacidade - Fator de carga 1:10 = 62 kg Capacidade - Fator de carga 1:9 = 68 kg Dimensões do cesto interno - 975 x 820 mm (Volume 612 litros) Profundidade do cesto -820mm Compartimento do cesto - 2 Rotação média de lavagem - 38 rpm Rotação de centrifugação de 480 rpm - Fator G 120 Potência instalada do motor - 5,6 kw Potência na lavagem - 1,5kw Consumo elétrico médio - 2,2 kw/h Dimensões Externas (LxAxP) - 1480 x 1590 x 1400 mm Dimensões da porta - 330 x 660mm Entrada de água - 2" Entrada de produtos químicos - 3/4" Entrada de vapor - 3/4" Pressão máxima de vapor - 7 kgf/cm2 Consumo médio de vapor - 68kg/h Diâmetro do dreno-3"
Quantidade:	1



Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	156.650,00
Valor Final:	144.775,20
Valor Total:	144.775,20
Adjudicado em:	31/08/2021 - 17:30:09
Adjudicado por:	KEYLA SOARES OLIVEIRA LOBATO
Nome da Empresa:	Jaragua Mercantil Ltda (13.390.706/0001-59)
Modelo:	LEXD 65

---

---

KEYLA SOARES OLIVEIRA LOBATO

Pregoeiro

